



**MUNICÍPIO DE LAJINHA – MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CNPJ: 18.392.522/0001-41**

**RESPOSTA ESCLARECIMENTO**

**PROCESSO LICITATORIO N° 1656/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SELADORA, AUTOCLAVE, ETC)  
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Trata-se de solicitação de esclarecimento, referente ao Pregão Eletrônico n.º 019/2023, apresentado pela empresa **IDEALINE COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.331.320/0001-00, sob o qual passamos a nos posicionar.

Foi o presente pedido de esclarecimento, anexado via plataforma COMPRAS BR, refetente ao volume da câmara, apresentada na descrição:

- Volume da câmara: cerca de 25 L.

A empresa questiona:

O item 2 autoclave consta no descriptivo - cerca de 25l; A palavra "cerca" por dar margem a diferentes interpretações entendemos que serão aceitos equipamentos de 21 litros. Esse entendimento está correto?

Em resposta ao questionamento, informamos que os equipamentos somente serão aceitos se tiverem capacidade de 25L acima, os que tiverem capacidade menor serão desclassificadas. A presente resposta será comunicada a empresa e disponibilizada no site

Lajinha/MG 18 de julho de 2023